



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Olomouc, Pekařská 9, 772 00 Olomouc
oddělení měř a vah
tel. +420 585 204 240, fax. +420 585 226 416

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 16. červen 2022

List 1 z 1 listu

Zákazník: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 89 Ústí nad Labem

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III

výrobce: Tenzováhy s.r.o., Olomouc

typ: PW-10

výrobní číslo: K0200005 plošiny č. 10540009, 10540010

specifikace: Max 10 000/20 000 kg Min 200/500 kg e = 20/50 kg

Umístění měřidla: Tenzováhy s.r.o., Olomouc – přenosné váhy (2 plošiny)

Měřidlo bylo ověřeno podle § 9 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 9 odst. 2 tohoto zákona a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. EU přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Datum ověření: 16. červen 2022

Ověření provedl: Petr Krejčír

Ředitel organizační jednotky:

František Libra