


## OVĚŘOVACÍ LIST č. 007/23

DATUM VYDÁNÍ: 10.1.2023

Počet: stran:1, listů:1



  
Ing. Viktor Lokaj  
vedoucí AMS K22, 0116-CR-0953-15

razítko AMS K22

1. **VLASTNÍK MĚŘIDLA:**  
1.1 Montáž na vozidlo typ: PČR Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem  
1.2 Výrobní číslo karoserie: Škoda Superb  
1.3 RZ v době ověření: TMBCE7NP4J7543180  
9U12936
2. **NÁZEV A TYP MĚŘIDLA:**  
2.1 Výrobní číslo měřidla: Silniční rychloměr RAMER10 C  
2.2 Výrobní číslo senzoru: 12/0035  
2.3 Rozsah měření: 11/0661  
2.4 Výrobce: 20 až 250 km/h  
2.5 Rok výroby: RAMET a.s. Kunovice  
2012
3. **POUŽITÉ ETALONY A MĚŘIDLA S NÁVAZNOSTÍ NA STÁTNÍ ETALONY PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTKY**  
3.1 Etalonový rychloměr R306102N v.č. 001, kalibrační list ČMI 8012-KL-50326-22, dat. kalibrace 29.9.2022  
3.2 Mikrovlnný čítač HP 5352B v.č. 3049A01166, kalibrační list ČMI 1013-KL-40020-21, dat. kalibrace 3.8.2021  
3.3 Simulátor VFM R314415N v.č. 11/0001, kalibrační list RAMET 202200147, dat. kalibrace 6.10.2022
4. **MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO:** na základě požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* podle metrologických předpisů MP01-MP10 a na základě Rozhodnutí o udělení autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000
5. **PODMÍNKY MĚŘENÍ:** podle požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09*  
teplota v laboratoři  $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$ , rel. vlhkost vzduchu max. 75 %
6. **VÝSLEDEK ZKOUŠKY:** Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla se značkou schválení typu TCM 162/10-4724).  
**Závěr: Rychloměr byl jako stanovené měřidlo ověřen a splňuje požadavky stanovené Opatřením obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09.**  
Lze jej používat k měření rychlosti za dodržování Návodu k obsluze.
7. **ZPŮSOB VYZNAČENÍ OVĚŘENÍ NA MĚŘIDLE:** úřední značky umístěné na místech uvedených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla viz bod 6.
8. **PLATNOST OVĚŘENÍ:** podle §7 odstavec 1 Vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění. Ověření zaniká v případech uvedených v §7, odstavec 2 této vyhlášky. Doba platnosti ověření 1 rok podle Vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění.  
Konec platnosti ověření dne 9.1.2024

9. **OVĚŘENÍ PROVEDL:** Tomáš Foltýn CZ 1799/2022

**DATUM ZKOUŠKY:** 10.1.2023