



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno
tel. +420 545 555 111
www.cmi.cz

Tato kopie doslovně
souhlasí s originálem
s ~~ověřenou~~ kopií.

12.07.2021

Pracoviště: Oblastní inspektorát Olomouc, Pekařská 9, 779 00 Olomouc
oddělení měř a vah, tel. +420 585 204 240, fax. +420 585 226 416

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 18. červen 2021

List 1 z 1 listu

Zákazník: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 89 Ústí nad Labem

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti (III)

výrobce: Tenzováhy; s.r.o.; Olomouc

typ: PW-10

výrobní číslo: K0200005; plošiny č. 10540009; 10540010

specifikace: Max 10 000 / 20 000 kg Min 200 / 500 kg e = 20 / 50 kg

Vlastník měřidla:

Použité etalony: Snímač síly C16AC3, kalibrační list č. 8011-KL-F0017-21, kalibrováno ČMI OI Praha.

Datum provedení: 18. červen 2021

Místo provedení: Tenzováhy; s.r.o. Olomouc - přenosné váhy (2 plošiny)

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:

Radek Uvzl



František Libra